

# Цифровой манометр Crystal m1

## Лист заказа

(заполняется на один прибор)

### Стандартная поставка:

- Цифровой манометр с переходником на:  1/4"NPT М  1/4"BSP М  M20x1,5 штырь  
 Цифровой манометр и насос в составе калибровочной системы (А, В, С, D, E, F, G, H)  
 Выберите систему и укажите  диапазон цифрового манометра и насос

Система	Цифровой манометр		Насос			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Модель	Диапазон	<input checked="" type="checkbox"/>	Модель	Диапазон
А	<input type="checkbox"/>	2BAR	-99...200 кПа	<input type="checkbox"/>	T-960	0...200 кПа
	<input type="checkbox"/>	10BAR	-99 кПа...1 МПа	<input type="checkbox"/>	T-970	0...4 МПа
	<input type="checkbox"/>	20BAR	-99 кПа...2 МПа	<input type="checkbox"/>		
В	<input type="checkbox"/>	2BAR	-99...200 кПа	<input type="checkbox"/>	T-965	-91...200 кПа
	<input type="checkbox"/>	10BAR	-99 кПа...1 МПа	<input type="checkbox"/>	T-975	-91 кПа...4 МПа
	<input type="checkbox"/>	20BAR	-99 кПа...2 МПа	<input type="checkbox"/>		
С	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	T-620 (масло)	0...20 МПа
	<input type="checkbox"/>	200BAR	-99 кПа...20 МПа	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	T-620H (масло)	0...35 МПа
	<input type="checkbox"/>	200BAR	-99 кПа...20 МПа	<input type="checkbox"/>		
D	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	P016 (масло)	0...35 МПа
	<input type="checkbox"/>	200BAR	-99 кПа...20 МПа	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	P017 (вода)	0...35 МПа
	<input type="checkbox"/>	200BAR	-99 кПа...20 МПа	<input type="checkbox"/>		
E	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	P014 (масло)	0...70 МПа
	<input type="checkbox"/>	200BAR	-99 кПа...20 МПа	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	700BAR	-99 кПа...70 МПа	<input type="checkbox"/>		
F	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	T1-oil (масло)	0...100 МПа
	<input type="checkbox"/>	200BAR	-99 кПа...20 МПа	<input type="checkbox"/>	T1 (вода)	
	<input type="checkbox"/>	700BAR	-99 кПа...70 МПа	<input type="checkbox"/>		
G	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	CaHP (масло)	0...100 МПа
	<input type="checkbox"/>	200BAR	-99 кПа...20 МПа	<input type="checkbox"/>	CaHP (вода)	
	<input type="checkbox"/>	700BAR	-99 кПа...70 МПа	<input type="checkbox"/>		
H система с двумя насосами	<input type="checkbox"/>	10BAR	-99 кПа...1 МПа	<input type="checkbox"/>	T-975	-91кПа...4 МПа
	<input type="checkbox"/>	20BAR	-99 кПа...2 МПа	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	T-620H	0...35 МПа
	<input type="checkbox"/>	700BAR	-99 кПа...70 МПа	<input type="checkbox"/>		

- Шланг (только для систем А, В, С)
- Батареи AA (2 шт.)
- Кейс (алюминиевый для систем А...F, пластиковый для систем G, H)
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Копии Свидетельства Росстандарта, описания типа и методики поверки

### По дополнительному заказу:

- Свидетельство о первичной поверке  Протокол поверки  
 Шланги с фитингами CPF  1 м  1,5 м  3 м  
 Набор переходников CPF - BSP  Набор переходников CPF - NPT  
 Аккумуляторы AA (2 шт.)  Зарядное устройство  
 Запчасти для насоса

Заполнил:	_____	Должность:	_____
Предприятие:	_____	Адрес:	_____
Телефон:	_____	Факс:	_____
E-mail:	_____	Дата:	_____